



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 1015  
Република Србија  
Наш знак ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Ваш знак НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10  
Датум 10.04.2017.

Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku, JN 4-07d/17**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama, daje

### Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtev zainteresovanog lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku, JN 4-07d/17**, po Pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke, Portalu Službenog glasnika i sajtu Naručioca, odnosi se na sledeće:

#### Pitanje:

Za partiju 22, stavka 1, traže se vakumske epruvete sa citratnim puferom 3,2%, 4,5ml, za određivanje parametara koagulacije 0,105 M Na-citeratom.

Da li je moguće ponuditi ekvivalent vakumsku epruvetu sa citratnim puferom 3,2%, 4,5ml, za određivanje parametara koagulacije 0,109 M Na-citratom?

#### Odgovor:

Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji u konkursnoj dokumentaciji za partiju broj 22 - LABORATORIJSKE VAKUTAJNER EPRUVETE, stavku broj 1 - VAKUTAJNERI sa 3,2% Na-CITRATOM 0,105M; 13x75mm; 4,5ml.

S obzirom da je Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine tercijarna ustanova u kojoj se leče prevremeno rođena novorođenčad, ročna novorođenčad, deca i omladina uzrasta do 18 godina, a da se u Odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku, za određivanje parametara koagulacije i druge analize primenjuju metode za koje je neophodna vakumska epruveta navedene molarnosti (0,105 M), zahtevana tehnička specifikacija je opravdana.

**Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.**

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

*M. Čolić*  
Maja Čolić, dipl. hemičar

*Kačavenda Mirjana*  
Mirjana Kačavenda, dipl. ece

