

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
Adresa: Hajduk Veljkova 10, Novi Sad
Datum: 15.12.2017. godine
Broj: 4-25d/17-6

Na osnovu Člana 108. Zakona o javnim nabavkama i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 4-25d/17-5 od 14.12.2017. godine, donosim

ODLUKU O DODELI UGOVORA
u otvorenom postupku javne nabavke JN 4-25d/17 –
Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

UGOVOR SE DODELJUJE sledećim ponuđačima:

Rbr	Naziv partije	Ponuđač kojem se dodeljuje ugovor	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	ANTIBAKTERIJSKI FILTERI ZA SPIROMETAR	Bez ponude	/
2	ATHEZIVNE TERAPEUTSKE TRAKE	Bez ponude	/
3	CT FILMOVI ZA KODAK (CARESTREAM) LASERSKI ŠTAMPAČ DV 8900	„Medicom“ d.o.o. Šabac	571.016,00
4	DRŽAČ ZA CREVA	„Neomedica“ d.o.o. Novi Sad	75.840,00
5	FILTERI - ELEKTROSTATIČKI I HME	Neprihvatljiva ponuda	/
6	IGLE ZA KOŠTANU PUNKCIJU	Bez ponude	/
7	LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući"	Neprihvatljiva ponuda	/
8	MANŽETNE ZA MERENJE NIBP KOMPATIBILNE SA APARATIMA NONIN, DASH, SIEMENS	„Dem“ d.o.o. Novi Sad	30.000,00
9	POTROŠNI MATERIJAL ZA UROFLOMETRIJU	„Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad	104.500,00
10	PREDMETNA STAKLA BRUŠENA	„Medilabor“ d.o.o. Novi Sad	39.760,00
11	SET ZA URGENTNU KONIOTOMIJU	„Pan Star“ d.o.o. Novi Sad	14.950,00
12	ŠARŽER ZA KLIP APLIKATOR	„Medalex“ d.o.o. Beograd	120.000,00
13	TESTIKULARNI IMPLANTI	„Medika projekt“ d.o.o. Beograd	95.000,00
14	TUBUSI ARMIRANI	„Medi Ray“ d.o.o. Beograd	56.960,00
15	ZAVOJI GIPSANI I MUL SANITEKS ILI "odgovarajući"	„Pan Star“ d.o.o. Novi Sad	193.300,00
16	ZAVOJI ELASTIČNI NIVA ILI "odgovarajući"	„Sinofarm“ d.o.o. Beograd	32.690,00
Ukupno:			1.334.016,00

O b r a z l o ž e n j e

Dana 14.11.2017. godine objavljen je Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Instituta www.izzzdiovns.rs. Nakon sprovedenog postupka otvaranja ponuda i sačinjavanja Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 4-25d/17-4 od 14.11.2017. godine, Komisija za javnu nabavku (dalje: Komisija) je pristupila stručnoj oceni ponuda, datoj u Izveštaju o stručnoj oceni ponuda broj: 4-25d/17-5 od 14.12.2017. godine

U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda Komisija je konstatovala sledeće:

- Predmet javne nabavke dobara:** Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal – potrošni materijal za obavljanje delatnosti

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33140000 – Medicinski potrošni materijal

Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama, od 1 do 16:

Redni broj	Naziv partije	Procenjena vrednost bez PDV-a
1	ANTIBAKTERIJSKI FILTERI ZA SPIROMETAR	20.000,00
2	ATHEZIVNE TERAPEUTSKE TRAKE	27.000,00
3	CT FILMOVI ZA KODAK (CARESTREAM) LASERSKI ŠTAMPAČ DV 8900	572.000,00
4	DRŽAČ ZA CREVA	76.000,00
5	FILTERI - ELEKTROSTATIČKI I HME	44.000,00
6	IGLE ZA KOŠTANU PUNKCIJU	84.000,00
7	LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući"	87.000,00
8	MANŽETNE ZA MERENJE NIBP KOMPATIBILNE SA APARATIMA NONIN, DASH, SIEMENS	30.000,00
9	POTROŠNI MATERIJAL ZA UROFLOMETRIJU	105.000,00
10	PREDMETNA STAKLA BRUŠENA	40.000,00
11	SET ZA URGENTNU KONIOTOMIJU	15.000,00
12	ŠARŽER ZA KLIP APLIKATOR	120.000,00
13	TESTIKULARNI IMPLANTI	95.000,00
14	TUBUSI ARMIRANI	57.000,00
15	ZAVOJI GIPSANI I MUL SANITEKS ILI "odgovarajući"	194.000,00
16	ZAVOJI ELASTIČNI NIVA ILI "odgovarajući"	73.000,00
Ukupno:		1.639.000,00

2. **Procenjena vrednost javne nabavke:** 1.639.000,00 dinara bez PDV-a
Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

3. **Osnovni podaci o ponuđačima:**

Komisija je konstatovala je primljeno 12 (dvanaest) zapečaćenih/zatvorenih koverti – ponuda u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine za JN 4-25d/17.

Blagovremno, tj. do dana 29.11.2017. godine do 09,00 časova, pristigle su ponude sledećih ponuđača, i to po navedenom redosledu:

Rbr	Zavodni broj ponude	Naziv-šifra ponuđača	Način i vreme prijema ponude
1.	JN 4-25d/17/1	„Sutura Medic“ d.o.o. Beograd	Pošta, 27.11.2017. u 10,15 h
2.	JN 4-25d/17/2	„Medilabor“ d.o.o. Novi Sad	Lično, 27.11.2017. u 12,15 h
3.	JN 4-25d/17/3	„Medicom“ d.o.o. Šabac	Lično, 28.11.2017. u 09,45 h
4.	JN 4-25d/17/4	„Sinofarm“ d.o.o. Beograd	Lično, 28.11.2017. u 09,55 h
5.	JN 4-25d/17/5	„Medi Ray“ d.o.o. Beograd	Pošta, 28.11.2017. u 11,15 h
6.	JN 4-25d/17/6	„Medalex“ d.o.o. Beograd	Pošta, 28.11.2017. u 11,20 h
7.	JN 4-25d/17/7	„Omni medikal“ d.o.o. Beograd	Pošta, 28.11.2017. u 11,25 h
8.	JN 4-25d/17/8	„Neomedica“ d.o.o. Novi Sad	Lično, 28.11.2017. u 12,00 h
9.	JN 4-25d/17/9	„Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad	Lično, 28.11.2017. u 13,30 h
10.	JN 4-25d/17/10	„Pan Star“ d.o.o. Novi Sad	Lično, 29.11.2017. u 08,25 h
11.	JN 4-25d/17/11	„DEM“ d.o.o. Novi Sad	Lično, 29.11.2017. u 08,45 h
12.	JN 4-25d/17/12	„Medika projekt“ d.o.o. Beograd	Lično, 29.11.2017. u 08,55 h

4. **Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda:**

- 1) **Ponuda ponuđača „Sutura Medic“ d.o.o. Beograd**, broj 190 od 22.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-25d/17/1 od 27.11.2017. godine), **za partiju broj 7 – LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući"**, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.

Procenjena vrednost predmetne partije je 87.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 125.160,00 dinara bez PDV-a.

- 2) **Ponuda ponuđača "Neomedica" d.o.o. Novi Sad**, broj 894-17 od 20.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-25d/17/8 od 28.11.2017. godine), **za partiju broj 5 – FILTERI - ELEKTROSTATIČKI I HME**, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda i prelazi iznos procenjene vrednosti.

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:

- Za stavku broj 1 - Elektrostatički i HME filter težine 9g, sa preporučenim tidalnim volumenom 30-200ml, mrtav prostor 8ml, gubitak vlage (mg H₂O/l vazduh) 6.1 (@Vt 50ml), produkcija vlage (mg H₂O/l vazduh) 37.9, otpor (mbar) 1.6 pri 10l/min.

Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 12g.

- Za stavku broj 2 - Elektrostatički i HME filter težine 28g, sa preporučenim tidalnim volumenom 300-1500ml, mrtav prostor 55ml, gubitak vlage (mg H₂O/l vazduh) 7.2 (@Vt 500ml), produkcija vlage (mg H₂O/l vazduh) 36.8, otpor (mbar) 2.0 pri 60l/min.

Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 30g.

- Za stavku broj 3 - Elektrostatički filter težine 23g, sa preporučenim tidalnim volumenom 100-1500ml, mrtav prostor 30ml, otpor (mbar) 1.5 pri 60L/min, sa otvorom za kapnografiju.

Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 28g.

- Za stavku broj 4 - Elektrostatički filter težine 29g, sa preporučenim tidalnim volumenom 300-1500ml, mrtav prostor 45ml, otpor (mbar) 1.7 pri 60L/min, sa otvorom za kapnografiju.

➤ Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 19g.

Procenjena vrednost predmetne partije je 44.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 102.000,00 dinara bez PDV-a.

- 3) **Ponuda ponuđača "Pan Star" d.o.o. Novi Sad**, broj 2811/17 od 28.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-25d/17/10 od 29.11.2017. godine), **za partiju broj 4 – DRŽAČ ZA CREVA**, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao - Držac creva-tubus za promer 10-15mm neonatalni/pedijatrijski.

Ponuđač je za predmetnu partiju ponudio - Držac creva-tubus za promer 20-40mm neonatalni/pedijatrijski.

Procenjena vrednost predmetne partije je 76.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 71.950,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača "Pan Star" d.o.o. Novi Sad, broj 2811/17-1 od 28.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-25d/17/10 od 29.11.2017. godine), **za partiju broj 5 – FILTERI - ELEKTROSTATIČKI I HME**, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:

- Za stavku broj 1 - Elektrostatički i HME filter težine 9g, sa preporučenim tidalnim volumenom 30-200ml, mrtav prostor 8ml, gubitak vlage (mg H₂O/l vazduh) 6.1 (@Vt 50ml), produkcija vlage (mg H₂O/l vazduh) 37.9, otpor (mbar) 1.6 pri 10l/min.

Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 14.5g, sa tidalnim volumenom 50-250ml, mrtav prostor 13ml.

- Za stavku broj 2 - Elektrostatički i HME filter težine 28g, sa preporučenim tidalnim volumenom 300-1500ml, mrtav prostor 55ml, gubitak vlage (mg H₂O/l vazduh) 7.2 (@Vt 500ml), produkcija vlage (mg H₂O/l vazduh) 36.8, otpor (mbar) 2.0 pri 60l/min.

Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 31g, sa tidalnim volumenom 150-1000ml, mrtav prostor 35ml

Procenjena vrednost predmetne partije je 44.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 43.950,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača "Pan Star" d.o.o. Novi Sad, broj 2811/17-3 od 28.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-25d/17/10 od 29.11.2017. godine), **za partiju broj 14 – TUBUSI ARMIRANI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.**

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:

- Za stavku broj 1 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 3.0; OD 5.0 $\pm$ 5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkog endoskopa, dužine 195mm $\pm$ 5%, 15 mm neodvojivim konektorom.
Komisija je uvidom u dostavljenu fotokopiju kataloga utvrdila, da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – ponuđač je ponudio tubus armirani bez balona.
- Za stavku broj 2 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 3.5; OD 5.2 $\pm$ 5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkog endoskopa, dužine 212mm $\pm$ 5%, 15 mm neodvojivim konektorom.
Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 3.5; OD 5.8, dužina 228mm
- Za stavku broj 5 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 5.0; OD 6.9 $\pm$ 5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkog endoskopa, dužine 308mm $\pm$ 5%, 15 mm neodvojivim konektorom.
Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 5.0; OD 7.3, dužina 319mm.
- Za stavku broj 12 – Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 8.5; OD 11.5 $\pm$ 5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkog endoskopa, dužine 365mm $\pm$ 5%, 15 mm neodvojivim konektorom.
Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 8.5; OD 11.3, dužina 384mm.

Procenjena vrednost predmetne partije je 57.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 50.450,00 dinara bez PDV-a.

- 4) **Ponuda ponuđača "Omni Medikal" d.o.o. Beograd**, broj 345/2017 od 24.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-11d/17/7 od 28.11.2017. godine), **za partiju broj 14 – TUBUSI ARMIRANI, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.**

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:

- Za stavku broj 1 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 3.0; OD 5.0 $\pm$ 5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkog endoskopa, dužine 195mm $\pm$ 5%, 15 mm neodvojivim konektorom.
Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 3.0; OD 5.3, dužina 192mm $\pm$ 5 mm.
- Za stavku broj 2 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 3.5; OD 5.2 $\pm$ 5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkog endoskopa, dužine 212mm $\pm$ 5%, 15 mm neodvojivim konektorom.

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 3.5; OD 5.8, dužina 200mm +/- 5mm.

- Za stavku broj 5 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 5.0; OD 6.9 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 308mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom.

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 5.0; OD 7.3, dužina 275mm +/- 5mm.

- Za stavku broj 6 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 5.5; OD 7.5 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 320mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom.

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 5.5; OD 7.8, dužina 280mm +/- 5mm.

- Za stavku broj 7 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 6.0; OD 8.2 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 320mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom.

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 6.0; OD 8.4, dužina 292mm +/- 5mm.

- Za stavku broj 8 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 6.5; OD 8.8 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 330mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom.

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 6.5; OD 9.0, dužina 306mm +/- 5mm.

- Za stavku broj 12 - Tubusi, endotrahealni, armirani čitavom dužinom, veličina 8.5; OD 11.5 ±5%, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, male debljine u ispuštenom stanju, sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa za lako uvođenje fiberoptičkogendoskopa, dužine 365mm ±5%, 15 mm neodvojivim konektorom.

Komisija je uvidom u dostavljenu kopiju kataloga, utvrdila da ponuđeni tubusi armirani ne ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju predviđenu konkursnom dokumentacijom – veličina 8.5; OD 11.3, dužina 338mm +/- 5mm.

Procenjena vrednost predmetne partije je 57.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 20.800,00 dinara bez PDV-a

5. Ako je ponuda odbijena zbog neuobičajeno niske cene, detaljno obrazloženje - način na koji je utvrđena ta cena: /////

6. Način primene metodologije za dodelu pondera:

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Rang lista prihvatljivih ponuda primenom kriterijuma za dodelu ugovora:**PARTIJA 3 - CT FILMOVI ZA KODAK (CARESTREAM) LASERSKI ŠTAMPAČ DV 8900**

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Medicom“ d.o.o. Šabac	571.016,00

PARTIJA 4 - DRŽAČ ZA CREVA

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Neomedica“ d.o.o. Novi Sad	75.840,00

PARTIJA 8 - MANŽETNE ZA MERENJE NIBP KOMPATIBILNE SA APARATOM NONIN,DASH,SIEMENS

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Dem“ d.o.o. Novi Sad	30.000,00

PARTIJA 9 - POTROŠNI MATERIJAL ZA UROFLOMETRIJU

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad	104.500,00

PARTIJA 10 - PREDMETNA STAKLA BRUŠENA

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Medilabor“ d.o.o. Novi Sad	39.760,00

PARTIJA 11 - SET ZA URGENTNU KONIOTOMIJU

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Pan Star“ d.o.o. Novi Sad	14.950,00

PARTIJA 12 - ŠARŽER ZA KLIP APLIKATOR

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Medalex“ d.o.o. Beograd	120.000,00

PARTIJA 13 - TESTIKULARNI IMPLANTI

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Medika projekt“ d.o.o. Beograd	95.000,00

PARTIJA 14 - TUBUSI ARMIRANI

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Medi Ray“ d.o.o. Beograd	56.960,00

PARTIJA 15 - ZAVOJI GIPSANI I MUL SANITEKS ILI "odgovarajući"

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Pan Star“ d.o.o. Novi Sad	193.300,00
2	„Medilabor“ d.o.o. Novi Sad	193.560,00

PARTIJA 16 - ZAVOJI ELASTIČNI NIVA ILI "odgovarajući"

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Sinofarm“ d.o.o. Beograd	32.690,00
2	„Medilabor“ d.o.o. Novi Sad	72.020,00

Za sledeće partije nije podneta ni jedna ponuda ili su podnete sve neprihvatljive ponude:

Rbr	Partija	Naziv partije	Procenjena vrednost bez PDV-a	Razlog
1	1	ANTIBAKTERIJSKI FILTERI ZA SPIROMETAR	20.000,00	Bez ponude
2	2	ATHEZIVNE TERAPEUTSKE TRAKE	27.000,00	Bez ponude
3	5	FILTERI - ELEKTROSTATIČKI I HME	44.000,00	Neprihvatljiva ponuda
4	6	IGLE ZA KOŠTANU PUNKCIJU	84.000,00	Bez ponude
5	7	LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući"	87.000,00	Neprihvatljiva ponuda

Komisija za javnu nabavku je konstatovala da su prihvatljive ponude ponuđača kako je navedeno u dispozitivu Odluke.

Na osnovu iznetog, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove Odluke može se podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja odluke o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki shodno Članu 149. ZJN.

Zahtev se podnosi Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Objaviti:

- na Portalu Uprave za javne nabavke,
- na internet stranici Naručioca

**Odgovorno lice:
v.d. Direktora Instituta**

Prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski

