

Naručilac	Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
Adresa	Hajduk Veljkova 10, Novi Sad
Broj odluke	4-25d/17-7
Datum	15.12.2017. godine

Na osnovu Člana 109. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012, 14/15 i 68/15), v.d. direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabavke – za pojedine partije
JN 4-25d/17 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

OBUSTAVLJA SE otvoreni postupak za javnu nabavku dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal – redni broj JN 4-25d/17, za pojedine partije.

Za sledeće partije nije podneta nijedna ponuda ili su podnete sve neprihvatljive ponude:

Rbr	Partija	Naziv partije	Procenjena vrednost bez PDV-a	Razlog
1	1	ANTIBAKTERIJSKI FILTERI ZA SPIROMETAR	20.000,00	Bez ponude
2	2	ATHEZIVNE TERAPEUTSKE TRAKE	27.000,00	Bez ponude
3	5	FILTERI - ELEKTROSTATIČKI I HME	44.000,00	Neprihvatljiva ponuda
4	6	IGLE ZA KOŠTANU PUNKCIJU	84.000,00	Bez ponude
5	7	LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući"	87.000,00	Neprihvatljiva ponuda

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za javnu nabavku je dana 14.12.2017. godine donela Izveštaj o stručnoj oceni ponuda broj 4-25d/17-5, za predmetnu javnu nabavku. Na osnovu Izveštaja naručilac je dana 15.12.2017. godine doneo Odluku o obustavi postupka kako sledi u dispozitivu odluke jer za navedene partije do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca nije podneta nijedna ponuda, odnosno podnete su sve neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

Predmetni postupak je obustavljen u fazi: posle donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Razlog za obustavu postupka: u roku za podnošenje ponuda nije podneta nijedna ponuda ili su podnete sve neprihvatljive ponude:

- Ponuda ponuđača "Sutura Medic" d.o.o. Beograd**, broj 190 od 22.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-25d/17/1 od 27.11.2017. godine), za partiju broj 7 – LARINGEALNE MASKE LMA ILI "odgovarajući", odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti. Procenjena vrednost predmetne partije je 87.000,00 dinara bez PDV-a. Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 125.160,00 dinara bez PDV-a.
- Ponuda ponuđača "Neomedica" d.o.o. Novi Sad**, broj 894-17 od 20.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-25d/17/8 od 28.11.2017. godine), za partiju broj 5 – FILTERI - ELEKTROSTATIČKI I HME, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda i prelazi iznos procenjene vrednosti. Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:
 - Za stavku broj 1 - Elektrostatički i HME filter težine 9g, sa preporučenim tidalnim volumenom 30-200ml, mrtav prostor 8ml, gubitak vlage (mg H₂O/l vazduh) 6.1 (@Vt 50ml), produkcija vlage (mg H₂O/l vazduh) 37,9, otpor (mbar) 1.6 pri 10l/min.
 Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 12g.

- Za stavku broj 2 - Elektrostatički i HME filter težine 28g, sa preporučenim tidalnim volumenom 300-1500ml, mrtav prostor 55ml, gubitak vlage (mg H₂O/l vazduh) 7.2 (@Vt 500ml), produkcija vlage (mg H₂O/l vazduh) 36.8, otpor (mbar) 2.0 pri 60l/min.
Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 30g.
 - Za stavku broj 3 - Elektrostatički filter težine 23g, sa preporučenim tidalnim volumenom 100-1500ml, mrtav prostor 30ml, otpor (mbar) 1.5 pri 60L/min, sa otvorom za kapnografiju.
Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 28g.
 - Za stavku broj 4 - Elektrostatički filter težine 29g, sa preporučenim tidalnim volumenom 300-1500ml, mrtav prostor 45ml, otpor (mbar) 1.7 pri 60L/min, sa otvorom za kapnografiju.
 - Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 19g.
- Procenjena vrednost predmetne partije je 44.000,00 dinara bez PDV-a.
Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 102.000,00 dinara bez PDV-a.

3) Ponuda ponuđača "Pan Star" d.o.o. Novi Sad, broj 2811/17-1 od 28.11.2017. godine (zavodni broj Instituta JN 4-25d/17/10 od 29.11.2017. godine), za partiju broj 5 - FILTERI - ELEKTROSTATIČKI I HME, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, zahtevao:

- Za stavku broj 1 - Elektrostatički i HME filter težine 9g, sa preporučenim tidalnim volumenom 30-200ml, mrtav prostor 8ml, gubitak vlage (mg H₂O/l vazduh) 6.1 (@Vt 50ml), produkcija vlage (mg H₂O/l vazduh) 37.9, otpor (mbar) 1.6 pri 10l/min.

Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 14.5g, sa tidalnim volumenom 50-250ml, mrtav prostor 13ml.

- Za stavku broj 2 - Elektrostatički i HME filter težine 28g, sa preporučenim tidalnim volumenom 300-1500ml, mrtav prostor 55ml, gubitak vlage (mg H₂O/l vazduh) 7.2 (@Vt 500ml), produkcija vlage (mg H₂O/l vazduh) 36.8, otpor (mbar) 2.0 pri 60l/min.

Ponuđač je za navedenu stavku predmetne partije ponudio – Filter težine 31g, sa tidalnim volumenom 150-1000ml, mrtav prostor 35ml

Procenjena vrednost predmetne partije je 44.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 43.950,00 dinara bez PDV-a.

Naručilac je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o obustavi postupka za predmetnu partiju, objavi Obaveštenje o obustavi predmetnog postupka na Portalu Uprave za javne nabavke i na svojoj internet stranici.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove Odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu Uprave za javne nabavke.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Objaviti:

- na Portalu Uprave za javne nabavke
- na internet stranici naručioca



Odgovorno lice:
v.d. Direktora Instituta

Prof. dr. Jadranka Jovanović-Privrodski