



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 2037  
Република Србија  
Наш знак ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Ваш знак НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10  
Датум 15.06.2019.

Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Neonatalni respiratori sa opcijama konvencionalne pritiskom kontrolisane, sinhronizovane, volumenom kontrolisane, visokofrekventne i oscilatorne neinvanzivne ventilacije, JN 4-15d/19**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) daje

### Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtevi zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Neonatalni respiratori sa opcijama konvencionalne pritiskom kontrolisane, sinhronizovane, volumenom kontrolisane, visokofrekventne i oscilatorne neinvanzivne ventilacije, JN 4-15d/19**, po Pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke, Portalu Službenog glasnika i sajtu Naručioca, odnosi se na sledeće:

#### 1. Pitanje:

Partija broj 1, Stavka br. 4.1 glasi:  
MAP 0-35cm H2O

Da li prihvatate da stavka br. 4.1 glasi:  
MAP 5-50cm H2O

Obzirom na to da je opseg podešavanje MAP veći od zahtevanog, a donja granica srednjeg pritiska od 0 cm H2O nema kliničku primenu prilikom HFO ventilacije. Parametar MAP se podešava tako da pritisak osciluje oko vrednosti srednjeg pritiska, te iz iskustva u primeni terapiju HFO, nema potrebe za podešavanjem vrednosti MAP ispod 5cm H2O.

#### Odgovor:

Naručilac će prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača u pogledu tehničke specifikacije za partiju broj 1, stavka broj 4.1 – *MAP 0-35 cm H2O* i izmeniti konkursnu dokumentaciju.

#### 2. Pitanje:

Partija broj 1, Stavka br. 4.3 glasi:  
Delta P 4-90cm H2O

Da li prihvatate da stavka br. 4.3 glasi:  
Delta P 5-90cm H2O

Obzirom na to da je ovo minimalno odstupanje od zahtevane vrednosti, a pri tome ne utiče na primenu terapije kod pacijenta.

#### Odgovor:

Naručilac će prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača u pogledu tehničke specifikacije za partiju broj 1, stavka broj 4.3 – *Delta P 4-90 cm H2O* i izmeniti konkursnu dokumentaciju.

**3. Pitanje:**

Partija broj 1, Stavka br. 7 glasi:  
Colour touch screen

Obzirom na to da niste definisali minimalnu veličinu ekrana, predlažemo da

Stavka br. 7 glasi:  
Colour touch screen, minimalna veličina dijagonale ekrana 15"

**Odgovor:**

Naručilac će prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača u pogledu tehničke specifikacije za partiju broj 1, stavka broj 7 – *Color touch screen* i izmeniti konkursnu dokumentaciju.

**Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.**

U skladu sa datim dodatnim informacijama i pojašnjenjima, Naručilac će na osnovu Člana 63. ZJN, izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dobara – Neonatalni respiratori sa opcijama konvencionalne pritiskom kontrolisane, sinhronizovane, volumenom kontrolisane, visokofrekventne i oscilatorne neinvanzivne ventilacije, JN 4-15d/19.

**ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU**

*Kačavenda Mirjana*

Mirjana Kačavenda, dipl.ecc

