ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 4576
Наш знак
Ваш знак
Датум 13.12.2019.g

Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke usluge **- Servisiranje medicinske opreme proizvođača Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer, JN 4-38u/19,** naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012,14/15 i 68/15) daje

**Dodatne informacije i pojašnjenja**

Zahtev zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke usluge **- Servisiranje medicinske opreme proizvođača Philips, Liebe Flarsheim Company LLC, SAD, Carestream Health i Tuttnauer, JN 4-38u/19,** po pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke, Portalu službenog glasila RS i sajtu Naručioca odnosi se na sledeće:

1. **Pitanje:**
   Na strani 5, koja definiše Vanredni servis, naveli ste:
   *Naručilac zahteva od ponuđača da prihvati obavezu da, na zahtev naručioca, u cilju kontrole cene rezervnih delova koji nisu iskazani u Cenovniku originalnih rezervnih delova koji čini sastavni deo ponude, dostavi naručiocu kopije predračuna/računa za rezervne delove koje ugrađuje, kao i zvanični veleprodajni cenovnik ovlašćenog uvoznika, ili drugi odgovarajući dokument ovlašćenog uvoznika (izjavu, potvrdu, i sl.) iz kojeg se može nedvosmisleno zaključiti da cene izabranog ponuđača za rezervne delove nisu veće od veleprodajnih cena ovlašćenog uvoznika, niti veće od uporedivih tržišnih cena.*
   U članu 4 modela ugovora naveli ste:
   *Izvršilac usluge se obavezuje da, na zahtev naručioca, u cilju kontrole cene rezervnih delova koji nisu iskazani u poglavlju 7. Obrasca ponude i Tabela - Cenovnik originalnih rezervnih delova, dostavi naručiocu kopije predračuna/računa za rezervne delove koje ugrađuje, kao i zvanični veleprodajni cenovnik ovlašćenog uvoznika, ili drugi odgovarajući dokument ovlašćenog uvoznika (izjavu, potvrdu, i sl.) iz kojeg se može nedvosmisleno zaključiti da cene Izvršioca usluge za rezervne delove nisu veće od veleprodajnih cena ovlašćenog uvoznika, niti veće od uporedivih tržišnih cena.*

   S obzirom da nam je u skladu sa važećim distributerskim ugovorima sa proizvođačima medicinske opreme PHILIPS, CARESTREAM HEALTH, TUTTNAUER, LIEBEL FLARSHEIM COMPANY (GUERBET) izričito zabranjeno i nedopušteno da obelodanjujemo nabavne cene opreme, rezervnih delova i potrošnog materijala. Ugovorom smo preuzeli obavezu čuvanja i neodavanja svih informacija koje se tiču nabavne cene opreme, rezervnih delova i potrošnog materijala,
   odnosno niko osim ugovornih strana (nas i proizvođača) ne sme imati uvid u cene. Jedini izuzetak predstavljaju državne institutcije, kojima smo u skladu sa zakonom dužni da dostavimo cene (npr. carina).Molimo Naručioca da svoj zahtev, koji smo naveli izbriše iz konkursne dokumentacije.

   **Odgovor:**
   Naručilac će u skladu sa sugestijom potencijalnog ponuđača izostaviti navedene pasuse iz konkursne dokumentacije.



21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Телефон: (централа) 021 4880 444, (директор) 021 452 487, Факс: 021 420 452
Жиро рачун: 840-523661-60; ПИБ: 100455063; Матични број: 8008353; Шифра делатности: 86.10

**2. Pitanje:**

Zahtev Naručioca je da garantni rok za delove bude minimalno 6 meseci.
Proizvođač medicinske opreme PHILIPS daje prenosivu proizvođačku garanciju od 3 meseca za regularne rezervne delove i 12 meseci za rendgen cevi.Molimo naručioca da za opremu proizvođača PHILIPS koja je predmet servisa, dozvoli da garantni rok za delove bude prenesena proizvođačka garancija , 3 meseca.

**Odgovor:**
Naručilac će u skladu sa sugestijom potencijalnog ponuđača izmeniti konkursnu dokumentaciju u delu dužine garantnog roka za medicinsku opremu proizvođača PHILIPS.

**3. Pitanje:**
Molimo da se stavka koja zahteva raspolaganje mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje elektrobezbednosti promeni u raspolaganje specifičnim mernim uređajima za servisiranje uređaja sa jonizujućim zračenjem tj. : uređaj za merenje kV, mA, uGy/s isporučenog x-zračenja i digitalni dvokanalni osciloskop. Dokaz izveštaj o etaloniranju.

**Odgovor:**
Naručilac će u skladu sa sugestijom potencijalnog ponuđača izmeniti konkursnu dokumentaciju.

**Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.**

**U skladu sa datim dodatnim informacijama i pojašnjenjima, Naručilac će na osnovu člana 63. ZJN, izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u predmetnom postupku javne nabavke.**

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

Dr sci. med.fiz dr Mihajlo Jecković,specijalista radiolog

Nada Cicović,dipl.pravnik i službenik za javne nabavke
Šef Odseka za Javne nabavke