



Број 3411  
Наш знак \_\_\_\_\_  
Ваш знак \_\_\_\_\_  
Датум 09.10.2015.

Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara - Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije – Bolnički kreveti –JN 4-24d/15**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama daje

### **Dodatne informacije i pojašnjenja**

Zahtev zainteresovanog lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Nabavka opreme za jedinicu intenzivne terapije – Bolnički kreveti JN 4-24d/15**, po pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke i sajtu Naručioca, odnosi se na sledeće:

#### **1. Sugestija:**

Javna nabavka broj JN 4-24d/15 nije oblikovana po partijama , već su tri vrste različitih kreveta svrstane u jednu partiju. S obzirom da veliki broj proizvođača bolničkih kreveta u svom programu nema i pedijatrijske krevete, a u skladu sa zakonom o javnim nabavkama,a u duhu načela konkurentnosti,nabavku bi trebalo podeliti u tri partie,odnosno po tipu i nameni kreveta. Na taj način bi se izbeglo sužavanje konkurenčije, odnosno povećao broj potencijalnih ponuđača.

#### **Odgovor:**

Naručilac je razmatrajući predloženu sugestiju konstatovao potrebu da predmet javne nabavke oblikuje po partijama u cilju povećanja konkurenčije i broja potencijalnih ponuđača. Naručilac će oblikovati predmet javne nabavke u dve partie:

1. Bolnički krevet za intenzivnu i polointenzivnu negu
2. Bolnički krevet za manju decu

U skladu sa datim dodatnim informacijama i pojašnjenjima, Naručilac će na osnovu Člana 63. ZJN, izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u predmetnom postupku javne nabavke.

#### **2. Pitanje:**

U tehničkim karakteristikama za ( specifikacije) – Bolnički krevet za intenzivnu negu -3 komada, tačka 1.8, naručilac navodi: „Bočne zaštitne stranice , nezavisne , sa hidrauličnim sistemom spuštanja i podizanja”.

**Da li ćete prihvati nezavisne sklopive stranice, izrađene od metala sa plastičnim zaobljenim ivicama?**

Gore opisane sklopive stranice su konstruisane od lake i veoma čvrste legure i zadovoljavaju sve najviše evropske i svetske standarde. Zbog svoje lake konstrukcije i jednostavnosti stranicama se veoma lako i brzo manipuliše.

**Odgovor:**

Naručilac ostaje pri zahtevanoj specifikaciji u skladu sa svojim potrebama, zbog jednostavnosti upotrebe i manipulacije koje nudi hidraulični sistem spuštanja i podizanja, što zajedno doprinosi sigurnosti i udobnosti pacijenata.

**3. Pitanje:**

U tehničkim karakteristikama za ( specifikacije) – Bolnički krevet za intezivnu negu -3 komada, tačka 1.12, naručilac navodi: „ Autoregresija leđnog dela, min.11cm“.

**Da li ćete prihvati autoregresiju od približno 8 cm, ako se zahvaljujući inovativnoj konstrukciji dušeka ne stvara izbočina na istom te nema potrebe za većom autoriegrijom leđnog dela?**

Autoregeresija ili " Kompenzacija dužine naslona leđa" je funkcija koja prilikom podizanja leđnog dela isti pomera u nazad (uzmiče), kako bi se stvorio razmak između leđnog i sedalnog dela. Svrha ovog pomeranja (uzmicanja) je da se izbegne stvaranje izbočine na dušeku na mestu pregiba, koja bi da nije autoregresije podizao ili gurao pacijenta. Stvar je proizvođača kreveta kako će rešiti ovaj problem, tako da ga proizvođači, u skladu sa svojim idejama, rešavaju na više načina. Jedan od načina je da se dušek sa donje strane, u delu pregiba, pravi od takvih materijala i seće posebnom tehnikom čime se neutrališu nastale sile i u potpunosti onemogućava stvaranje izbočine na istom. Mislimo da bi insistiranje na bilo kakvoj striktno određenoj dužini autoregresije samo značilo forsiranje rešenja koje je manje inovativno.

**Odgovor:**

Naručilac ostaje pri zahtevanoj specifikaciji u skladu sa svojim potrebama zbog raznovrsnosti patologije pacijenata. Predmetni tehnički zahtev nije striktno određen već je formulisan kao minimalna tehnička karakteristika - "min.11cm". U takvoj formulaciji od značaja je da Autoregresija leđnog dela ne bude ispod minimalnih 11cm.

## ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU



Danica Stanić

Prim. dr sci.med. Danica Stanić,  
spec.anesteziologije sa reanimatologijom

S. Lakić

Tajna Lakić, dipl.pravnik i službenik za javne nabavke  
Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Cicović Nada

Nada Cicović, dipl.pravnik i službenik  
za javne nabavke