

Naručilac	Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
Adresa	Hajduk Veljkova 10, Novi Sad
Broj odluke	4-01d/16-6
Datum	21.03.2016. godine

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012, 14/15 i 68/15), v.d. direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, donosi:

O D L U K U

o obustavi postupka javne nabavke JN 4-01d/16 - Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja

OBUSTAVLJA SE otvoreni postupak za javnu nabavku dobara – Sistem monitoringa i pozivanja medicinskog osoblja – redni broj JN 4-01d/16.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za javnu nabavku je dana 18.03.2016. godine donela Izveštaj o stručnoj oceni ponuda br. 4-01d/16-5, za predmetnu javnu nabavku. Na osnovu Izveštaja naručilac je dana 21.03.2016. godine doneo Odluku o obustavi postupka kako sledi u dispozitivu odluke jer su za **predmetnu javnu nabavku podnete dve ponuda koje su u fazi stručne ocene ponuda ocenjene kao neodgovorajuće, odnosno neprihvatljive.**

1) Ponuda ponuđača "Medicop medicinska oprema" d.o.o. Beograd, broj 05/2016 od 09.03.2016. godine (zavodni broj Instituta JN 4-01d/16/1 od 14.03.2016. godine), odbijena je kao neodgovarajuća i neprihvatljiva jer ista:

1.1) Ne ispunjava sve tehničke specifikacije zahtevane konkursnom dokumentacijom, kako sledi:

- **Naručilac je na strani 4. Konkursne dokumentacije u okviru Obaveznih tehničkih karakteristika, zahtevao pod tačkom 1. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje interkom server (hardver i softver), tehničke karakteristike po stavkama od 1.1 do 1.16.**

Uvidom u priloženi katalog, konstatovano je da u katalogu nisu navedene tražene karakteristike interkom servera, već je prikazan opšti opis ponuđenog rešenja sistema bolničke signalizacije sa blok šemom.

- **Naručilac je na strani 4. Konkursne dokumentacije u okviru Obaveznih tehničkih karakteristika, zahtevao pod tačkom 3. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje interkom terminala za čiste sobe, tehničke karakteristike po stavkama od 3.1 do 3.12.**

Uvidom u priloženi katalog, konstatovano je da ponuđeni sobni terminal nije u izvedbi koja je predviđena za čiste sobe.

Stavka 3.8 OpenDuplex® komunikacija – sadrži zvučnik preko koga se mogu primati obaveštenja, ali ne sadrži mikrofona, tako da se ne može ostvarivati dvosmerna (dupleks) komunikacija.

Stavka 3.5 Alfanumerička tastatura sa funkcijskih tasterima - ne sadrži alfanumeričku tastaturu za upravljačke funkcije.

Stavka 3.9 Audio monitoring visokih zvukova (vrisak, vikanje) podešavanje vremena i praga u dB - nema mogućnost audio monitoringa visokih zvukova.

- **Naručilac je na strani 5. Konkursne dokumentacije u okviru Obaveznih tehničkih karakteristika, zahtevao pod tačkom 4. Isporuka i montaža IP interkom terminala za postavljanje na sto, tehničke karakteristike po stavkama od 4.1 do 4.9.**

Uvidom u priloženi katalog, konstatovano je da ponuđeno dobro nema gravitacioni senzor koji određuje režim rada terminala („handsfree” ili „handset”).

- **Naručilac je na strani 5. Konkursne dokumentacije u okviru Obaveznih tehničkih karakteristika, zahtevao pod tačkom 5. Isporuka i montaža interkom terminala za prostor nadzornog pulta sestre, za stavku 5.7 16 kHz audio propusni opseg za besprekornu razumljivost, uz ugrađeno pojačalo 2.5W čak i na rastojanju do 7m.**

Uvidom u priloženi katalog, konstatovano je da ponuđeno dobro ne podržava audio propusni opseg od 16kHz.

- Naručilac je na strani 5. Konkursne dokumentacije u okviru Obaveznih tehničkih karakteristika, zahtevao pod tačkom 6. *Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje unutrašnje DOME (kupolaste) kolor mrežne HD ready video kamere ...*

Uvidom u priloženi katalog, konstatovano je da u samom katalogu nisu navedene tražene karakteristike – rezolucija kamere, podržane kompresije, minimalna osvetljenost, dan/noć funkcija.

Stavka 6.5 Objektiv auto-iris vari-focal 3-9mm, easyfocus; redukcija šuma, integrisana inteligentna detekcija pokreta (DEPA - detekcija lica, ulaska u nedozvoljenu zonu, detekcija ostavljenih predmeta), WDR WideDynamicRange 130dB, stabilizator slike usled podrhtavanja - zahtevana tehnička karakteristika je vari-focal objektiv, a ponuđena kamera je sa fiksnim objektivom.

Stavka 6.6 H.264/JPEG kompresija po izboru korisnika - triplestreaming, max. rezolucija 1280x1024 pri H.264/JPEG kompresiji pri max. 30 slika/s, ONVIF standard, max. br. klijenata 20; PoE(5W), radna temperatura od -10°C do +50°C - zahtevana tehnička karakteristika je napajanje kamere putem PoE, a ponuđena kamera zahteva napajanje 230V.

- 1.2) Ne sadrži zahtevana sredstva finansijskog obezbeđenja:** original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez pdv-a i original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez pdv-a.

1.3) Prelazi iznos procenjene vrednosti

Procenjena vrednost predmetne nabavke je 1.690.080,00 din bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 1.874.832,00 din bez PDV-a.

- 2) Ponuda ponuđača "Telefonkabl" a.d. Beograd, broj 13-2016 od 14.03.2016. godine (zavodni broj Instituta JN 4-01d/16/2 od 14.03.2016. godine), odbijena je kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.**

Procenjena vrednost predmetne nabavke je 1.690.080,00 din bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 1.999.033,60 din bez PDV-a.

Predmetni postupak je obustavljen u fazi: pre donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Razlog za obustavu postupka: u roku za podnošenje ponuda podnete su neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

Naručilac je dužan da u roku od 5 dana od dana konačnosti odluke o obustavi postupka za predmetnu partiju, objavi obaveštenje o obustavi predmetnog postupka na Portalu Uprave za javne nabavke i na svojoj internet stranici.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu Uprave za javne nabavke.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Objaviti:

- na Portalu Uprave za javne nabavke
- na internet stranici naručioca

