



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 1283 Република Србија
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Наш знак ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Ваш знак НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10
Датум 14.03.2016.

Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-04d/16**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015) daje

Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtevi zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-04d/16**, po Pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke, sajtu Naručioca i Portalu Službenog glasnika, odnosi se na sledeće:

1. Pitanje:

Na strani 6. Konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku pod tačkom 3.2 stoji sledeće:

3.2 Kvalitet, količina i opis dobra, radova ili usluga:

Ponuđač za ponuđena dobra – medicinska sredstva, treba da poseduje sertifikat Analize Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Prilikom isporuke potrebno je da na otpremnici navede broj sertifikata - Nije potrebno dostavljanje sertifikata analize uz ponudu.

Prilikom isporuke za sva predmetna dobra potrebno je da se na otpremnici navede broj serije i rok upotrebe medicinskog sredstva.

Molimo Vas da nam pojasnite da li je ovde reč o tehničkoj grešci s obzirom da su predmet nabavke medicinska sredstva, a ne lekovi?

Odgovor:

Na strani 6. Konkursne dokumentacije, pod tačkom 3.2 Kvalitet, količina i opis dobra, radova ili usluga, tehničkom greškom je ostavljen deo teksta iz postupka javne nabavke lekova. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije, u pogledu brisanja pomenutog teksta.

2. Pitanje:

DODATNI USLOVI iz Člana 76. ZJN:

4. Ponuđač za sledeće partije podnosi uzorak dobra koji je predmet ponude:

Partija broj 45, za svaku stavku predmetne partije

Uzevši u obzir da smo jedini ovlašćeni zastupnik, distributer i servisni partner proizvođača MASIMO, i da nudimo originalni potrošni materijal, kao i to da smo Vaš dugogodišnji dobavljač medicinskog potrošnog materijala za uređaje pomenutog proizvođača, da li je neophodno da uz ponudu dostavljamo i uzorke?

Odgovor:

Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije, da za navedene partije u okviru Dodatnih uslova iz Člana 76. ZJN, svi ponuđači moraju dostaviti uzorke.

3. Pitanje:

Kao nosilac dozvole ALIMIS za stavljanje medicinskog sredstva u promet i jedini prodavac za teritoriju Srbije za dobra iz pojedinih partija predmetne javne nabavke (dokazi u prilogu), molimo za pojašnjenje da li je i u navedenom slučaju Dozvoljeno odstupanje od tačke 6.9.4 Drugi zahtevi naručioca (Ovlašćenje za učestvovanje u predmetnom postupku javne nabavke), tako da dozvoljeno odstupanje glasi:

“Za dobra gde je ponuđač ujedno i proizvođač ponuđenog dobra ili nosilac dozvole ALIMS za stavljanje u promet predmetnog dobra (medicinskih sredstava) koja su predmet nabavke, nije neophodno da dostavi ovlašćenje samom sebi za učestvovanje u predmetnoj javnoj nabavci.”

Odgovor:

Naručilac će dopuniti i izmeniti konkursnu dokumentaciju u pogledu dozvoljenog odstupanja da nije neophodno dostaviti ovlašćenje za učestvovanje u predmetnoj javnoj nabavci ukoliko je ponuđač ujedno i proizvođač ponuđenog dobra ili je ponuđač nosilac dozvole ALIMS-a za stavljanje u promet predmetnog dobra (medicinskog sredstva).

4. Pitanje:

Redni broj partije: 26 – LARINGEALNE MASKE LMA ili „odgovarajući”, redni broj 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Laringealna maska, silikonska, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija, sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta.

Vezano za gore navedenu partiju, da li je za Vas kao Naručioca prihvatljivo da se ponudi sledeće: Laringealna maska, u traženim veličinama, silikonska za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizaciju, ali bez rešetkaste zaštite jer proizvođač laringealnih maski, koje možemo da ponudimo, više ne proizvodi iste sa rešetkastom zaštitom iz sledećih razloga:

- Duboka distalna doma/kupola je dizajnirana tako da se spreči okluzija maske od strane mekog tkiva (dizajn laringealne maske je takav da ima malo veću dubinu da bi se obezbedio veći zazor iznad jezička/epiglotisa koji zatvara traheju/dušnik i otkloni bilo kakav rizik od začepljenja disajnog puta na distalnom kraju tubusa) – na taj način nema potrebe za rešetkastom zaštitom.
- Takođe, bez rešetkaste zaštite laringealna maska dozvoljava prolazak trahealnog tubusa, sukcionihi tubusa/uređaja, bronhoskopa ili drugog instrumenta za ispitivanje ako je to klinički neophodno, a to nije moguće kada postoji rešetkasta zaštita.
- Tokom ispitivanja dizajna laringealne maske proizvođač je zaključio da rešetkasta zaštita, pri upotrebi maske, može biti potencijalna pretnja, odnosno mogući izvor zaraze zbog težeg čišćenja.

Odgovor:

Naručilac ostaje pri traženim tehničkim karakteristikama u konkursnoj dokumentaciji – tabelarnoj ponudi u excel tabeli, za partiju broj 26 - LARINGEALNE MASKE LMA ili „odgovarajući”.

5. Pitanje:

Da li je potrebno, ukoliko se ponuda podnosi za više partija dostaviti isto toliko ugovora o kupoprodaji ili je dovoljan jedan ugovor koji obuhvata više partija?

Odgovor:

Ponuđač može da podnese samo jedan model ugovora o kupoprodaji bez obzira da li podnosi ponudu za jednu ili više partija.

6. Pitanje:

Partija 6 – Brojač kapi za lekove – Sistem za iv primenu sa preciznim regulatorom protoka, dužine 180cm, bez latexa i DEHP-a

Tražena dužina tubinga je 180cm. Da li se pod ovim podrazumeva dužina najmanje 180cm?

Odgovor:

Da, tražena dužina od 180cm, podrazumeva minimum 180cm dužine.

Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U skladu sa datim dodatnim informacijama i pojašnjenjima, Naručilac će na osnovu Člana 63. ZJN, izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dobara – **Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-04d/16.**

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

M. Stevanović

Maja Stevanović, dipl.ing.teh.

Kačavenda

Mirjana

Mirjana Kačavenda, dipl.ecc

