



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 3116 Република Србија  
Наш знак ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Ваш знак НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10  
Датум 25.07.2016.

Postupajući po zahtevu potencijalnog ponuđača za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke dobara – **Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-14d/16**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) daje

### Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtev potencijalnog ponuđača za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke dobara – **Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-14d/16**, po Pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke, sajtu Naručioca i Portalu Službenog glasnika, odnosi se na sledeće:

#### Pitanje:

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za za javnu nabavku dobara Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal u otvorenom postupku, JN 4-14d/16 za partiju 40:

Laboratorijske Vakutajner epruvete:

Stavka 1 definisana je kao "Vakutajneri za serum sa GEL+CLOT ACTIVATOROM 13X75 mm, 3,5 ml".

Da li je dovoljno ponuditi kao „ekvivalent“ tu istu epruvetu sa GEL+CLOT activatorom 13X75 mm (tj. spoljašnje dimenzije su iste kao kod epruvete od 3,5ml) od zapremine 4 ml ?

Stavka 2 definisana je kao "Vakutajneri za serum CLOT ACTIVATOROM 16X100mm, 10ml".

Da li je dovoljno ponuditi kao „ekvivalent“ tu istu epruvetu sa serum CLOT ACTIVATOROM 16X100 mm (tj. spoljašnje dimenzije su iste kao kod epruvete od 10 ml) od zapremine 9 ml ?

Образложење:

Naša epruvetu je dimenzija Ø16x100 (tj. spoljašnje dimezije su iste kao kod epruvete od 10ml), koja „vuče“ zapreminu krvi od  $9 \pm 10\%$  ml . Od 9ml pune krvi, Vi dobijate u proseku 4,5-5ml seruma (iz epruvete od 10 ml dobijate 5-5,5ml seruma, tj. neznatno više); ako pretpostavimo da sve analize zahtevaju po 30 µL seruma (što je ipak nerealno mnogo jer se za analizu glukoze, holesterola, triglicerida koristi svega po 2-3 µL seruma, za analizu uree i kreatinina 6-8µL seruma, zatim za enzime najviše 20µL seruma ....), Vi sa samo 2ml seruma možete da odradite paletu sa više od 70 različitih analiza/testova i da Vam preostalih 2ml seruma ostane za slučaj potrebe za ponavljanjem nekog testa ili dužeg čuvanja uzorka.

Odgovor:


Naručilac će izmeniti Konkursnu dokumentaciju u delu tabelarne ponude za partiju broj 40 - LABORATORIJSKE VAKUTAJNER EPRUVETE, u pogledu dozvoljenog odstupanja u zapremini vakutajnera od +/-10% ml, za stavku broj 1 - VAKUTAJNERI za serum sa GEL+CLOT ACTIVATOROM 13x75mm; 3,5ml i stavku broj 2 - VAKUTAJNERI za serum CLOT ACTIVATOR 16x100mm, 10ml.




Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U skladu sa datim dodatnim informacijama i pojašnjenjima, Naručilac će na osnovu Člana 63. ZJN, izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-14d/16.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

  
Maja Stevanović, dipl.ing.teh

  
Mirjana Kačavenda, dipl.ecc

