



Postupajući po zahtevu potencijalnog ponuđača za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke dobara – **Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-14d/16**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) daje

### Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtev potencijalnog ponuđača za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke dobara – **Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-14d/16**, po Pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke, sajtu Naručioca i Portalu Službenog glasnika, odnosi se na sledeće:

#### 1. Pitanje:

Molim vas za dodatno pojašnjenje, vezano za partiju br. 6 – Baktericidni pod:

Kako nije moguće pribaviti Mišljenje od Agencije za lekove i medicinska sredstva za 14 dana, Molili bi vas da nam kažete da li prihvatile Mišljenje od Akreditovane sertifikacione kuće proizvođača ITALCERT, Milano kao dokaz za DODATNI USLOV iz člana 76. ZJN, tačka br. 3.

Naime, Sertifikaciona kuća ITALCERT, Milano navodi sledeće: „Po našem mišljenju, dekontaminirajući mali tepisi ne mogu biti konfigurisani kao medicinsko sredstvo i da stoga ne spada u područje primene Direktive 93/42/EEZ. Pored toga, ne ulazeći u područje primene bilo koje Direktive Evropske zajednice sa novim pristupom, smatramo da rečeni proizvod ne može i ne treba da nosi oznaku CE.“

#### Odgovor:

Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije u okviru dodatnih uslova pod brojem 3 - *Ponuđač, za dobra koja nudi, poseduje važeću dozvolu za stavljanje istog u promet.* Ponuđač kao dokaz dostavlja važeće Rešenje za stavljanje u promet predmetnog dobara (medicinskih sredstava) koja su predmet nabavke odnosno potvrda/mišljenje da ista ne podležu klasifikaciji medicinskih sredstava – izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

#### 2. Pitanje:

Molim za pojašnjenje stavki 59- sedimas čašica i 60- sedimas poklopac, partie 41- Laboratorijsko staklo i plastika JN 4-14d/16- Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal:

- Koja je namena traženih stavki?
- Da li možete da date bliže pojašnjenje, u vidu kataloškog broja ili proizvođača?

#### Odgovor:

Sedimas čašica je plastična čašica namenjena za uzorkovanje venske krvi za određivanje nivoa sedimentacije i hemostaze s obzirom da je potrebna mala količina uzorka (oko 0,8ml venske krvi, zapremina same čašice je 1ml) što je veoma značajno imajući u vidu da je Institut jedina referentna ustanova na teritoriji AP Vojvodine za pružanje zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou za prevremeno rođenu i ročnu novorođenčad.

Sedimas poklopac služi za zatvaranje sedimas čašice.

3.

**Pitanje:**

Da li je za partiju 35 prihvatljivo ponuditi kontakt aktivirajuću lancetu 21G/2,2mm?

**Odgovor:**

Naručilac ostaje pri traženoj specifikaciji za partiju broj 35 - KONTAKT AKTIVIRAJUĆE LANCETE – Kontakt aktivirajuće lancete, dubina uboda 2mm, sečivo 2mm x1,5mm, visoki protok, aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije, oštrica se retrogradno vraća u telo lancete i sprečava se kontakt sa okolinom, operater nema uticaja na dubinu uboda.

Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

Maja Stevanović, dipl.ing.teh

Mirjana Kačavenda, dipl.ecc