



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 5009 Република Србија  
Наш знак ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Ваш знак НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10  
Датум 07.12.2016.

Na osnovu Člana 63. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (u daljem tekstu: Naručilac), Novi Sad, donosi

**Izмене i dopune konkursne dokumentacije  
u postupku javne nabavke dobara – Medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam, JN 4-29d/16**

Uvidom u konkursnu dokumentaciju, komisija je konstatovala potrebu da se u delu tabelarne ponude, kod partije broj 1 - NEUROHIRURGIJA - Ventrikularni kateter, doda stavka broj 15 – Valvula za drenažu likvora, srednji pritisak, po Pudens-Schulte-u, od silikona sa PVP kućištem, promera 12mm i integralnim rezervoarom.

Naručilac menja i dopunjuje konkursnu dokumentaciju kako sledi:

- 1) U delu tabelarne ponude:

**Partija broj 1 - NEUROHIRURGIJA - Ventrikularni kateter**

Redni broj	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Potrebna količina
1	Valvula sa komorom za sifon kontrolu, dužine 40mm i promera 16,5mm, nivo drenaže 1,5	kom	1
2	Neonatalna valvula sa komorom za sifon kontrolu, dužine 20mm, promera 10mm, nivo drenaže 1,5	kom	2
3	Ultra mala valvula za srednji pritisak dužine 20mm, širine 11mm i debljine 4mm	kom	2
4	Programabilna valvula sa antisifon efektom dužine 23mm, promera 13mm sa pritiskom dreniranja od 15mm H <sub>2</sub> O na više i najmanje pet opsega podešavanja pritiska dreniranja	kom	1
5	Programabilna valvula mala, dužine 35mm, promera 13mm sa pritiskom dreniranja od 15mm H <sub>2</sub> O na više i najmanje pet opsega podešavanja pritiska dreniranja	kom	1
6	Ventrikularni kateter po Pudens-Schulte-u, impregniran barijumom, unutrašnjeg lumena od 1,2mm, dužine 23cm, neimpregniran antibiotikom	kom	6
7	Peritonealni kateter po Pudens-Schulte-u, impregniran barijumom, unutrašnjeg lumena od 1,2mm, dužine 90cm, neimpregniran antibiotikom	kom	6
8	Set katetera (peritonealni i ventrikularni), impregnirani antibiotikom, unutrašnjeg lumena 1,3mm	kom	1

9	Ventrikularni kateter, impregniran antibiotikom, unutrašnjeg lumena 1,3mm, dužine 23 sa numeričkim oznakama dubine plasiranja	kom	1
10	Sistem za eksternu ventrikularnu drenažu likvora sa kateterom dužine 35cm, impregniran barijumom	set	1
11	Sistem za eksternu lumbalnu drenažu likvora sa kateterom dužine 80cm, zatvorenog vrha, impregniran barijumom	kom	1
12	Trosmerni muški konektor katetera, dužine 23mm	kom	3
13	Pravi konektor katetera unutrašnjeg lumena 1,0mm, dužina 15mm	kom	3
14	Desni konektor katetera unutrašnjeg lumena 1,0mm, dužina 13mm	kom	3

### MENJA SE I GLASI:

#### Partija broj 1 - NEUROHIRURGIJA - Ventrikularni kateter

Redni broj	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Potrebna količina
1	Valvula sa komorom za sifon kontrolu, dužine 40mm i promera 16,5mm, nivo drenaže 1,5	kom	1
2	Neonatalna valvula sa komorom za sifon kontrolu, dužine 20mm, promera 10mm, nivo drenaže 1,5	kom	2
3	Ultra mala valvula za srednji pritisak dužine 20mm, širine 11mm i debljine 4mm	kom	2
4	Programabilna valvula sa antisifon efektom dužine 23mm, promera 13mm sa pritiskom dreniranja od 15mm H <sub>2</sub> O na više i najmanje pet opsega podešavanja pritiska dreniranja	kom	1
5	Programabilna valvula mala, dužine 35mm, promera 13mm sa pritiskom dreniranja od 15mm H <sub>2</sub> O na više i najmanje pet opsega podešavanja pritiska dreniranja	kom	1
6	Ventrikularni kateter po Pudens-Schulte-u, ipregniran barijumom, unutrašnjeg lumena od 1,2mm, dužine 23cm, neimpregniran antibiotikom	kom	6
7	Peritonealni kateter po Pudens-Schulte-u, impregniran barijumom, unutrašnjeg lumena od 1,2mm, dužine 90cm, neimpregniran antibiotikom	kom	6
8	Set katetera (peritonealni i ventrikularni), impregnirani antibiotikom, unutrašnjeg lumena 1,3mm	kom	1
9	Ventrikularni kateter, impregniran antibiotikom, unutrašnjeg lumena 1,3mm, dužine 23 sa numeričkim oznakama dubine plasiranja	kom	1
10	Sistem za eksternu ventrikularnu drenažu likvora sa kateterom dužine 35cm, impregniran barijumom	set	1

11	Sistem za eksternu lumbalnu drenažu likvora sa kateterom dužine 80cm, zatvorenog vrha, impregniran barijumom	kom	1
12	Trosmerni muški konektor katetera, dužine 23mm	kom	3
13	Pravi konektor katetera unutrašnjeg lumena 1,0mm, dužina 15mm	kom	3
14	Desni konektor katetera unutrašnjeg lumena 1,0mm, dužina 13mm	kom	3
15	Valvula za drenažu likvora, srednji pritisak, po Pudens-Schulte-u, od silikona sa PVP kućištem, promera 12mm i integralnim rezervoarom	kom	4

2) U konkursnoj dokumentaciji na strani 3/30 u okviru tačke 2.2 - Opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Redni broj	Naziv partije	Procenjena vrednost bez PDV-a
1	NEUROHIRURGIJA – Ventrikularni kateter	930.000,00
2	ORTOPEDIJA – Kanulirani vijci	225.000,00
3	ORTOPEDIJA – Spoljašnji fiksatori	460.000,00
<b>Ukupno:</b>		<b>1.615.000,00</b>

**MENJA SE IZNOS PROCENJENE VREDNOSTI I GLASI:**

Redni broj	Naziv partije	Procenjena vrednost bez PDV-a
1	NEUROHIRURGIJA – Ventrikularni kateter	1.047.000,00
2	ORTOPEDIJA – Kanulirani vijci	225.000,00
3	ORTOPEDIJA – Spoljašnji fiksatori	460.000,00
<b>Ukupno:</b>		<b>1.732.000,00</b>

Sve navedene izmene i dopune čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U prilogu ovih izmena i dopuna konkursne dokumentacije nalazi se konkursna dokumentacija sa uvrštenim izmenama i dopunama.

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

*Kačavenda Mirjana*  
 Mirjana Kačavenda, dipl.ecc

