



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 359 Република Србија
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Наш знак ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Ваш знак НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10
Датум 06.02.2017.

Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal, JN 4-34d/16**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/15 i 68/15) daje

Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtev zainteresovanog lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal, JN 4-34d/16**, po Pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke, sajtu Naručioca i Portalu Službenog glasnika, odnosi se na sledeće:

1. **Pitanje:**
Molimo Vas da definišete zakrivljenost za partiju 6, stavku 5?

Odgovor:

U partiji 6 – Sintetski neresorptivni konac, polifilament, polyester, pod stavkom 5 – Polyester upredeni presvučen, neresorptivni (2/0, 20 beli, 22) – Naručilac zahteva ski, okruglu iglu, crno obojenu. Oblik igle – ski, podrazumeva oblik 1/2 kruga koja prelazi u ravnu iglu (oblik skiје). Koristi se uglavnom za laparoscopske procedure.

2. **Pitanje:**
Šta podrazumevate pod "oštrom iglom", a šta pod "standardnom oštrom" u partiji 4?

Odgovor:

U partiji 4 – Sintetski neresorptivni konac, monofilament, polipropilen, Naručilac je tehničkom greškom pod stavkom 9 – Polypopylene monofilament, neresorptivni (5/0, 45 plav, 19) i stavkom 10 – Polypropylene monofilament, neresorptivni (3/0, 45 plav, 26), naveo u polju Oblik i opis igle 3/8 kruga oštra, sa redukovanim sečivom – umesto 3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom. Standardna oštra igla ima poprečni presek u obliku trougla sa vrhom trougla prema gore na unutrašnjoj strani krivine igle. Dve naspramne oštrice, sa trećom na unutrašnjoj krivini igle.

Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U skladu sa datim dodatnim informacijama i pojašnjenjima, Naručilac će na osnovu Člana 63. ZJN, izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke **dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal, JN 4-34d/16**.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Nataša Gojević, medicinska sestra - instrumentarka

Mirjana Kačavenda, dipl.ecc