



На основу Člana 63. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (u daljem tekstu: Naručilac), Novi Sad, donosi

**Izmene i dopune konkursne dokumentacije
u postupku javne nabavke dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal, JN 4-34d/16**

Naručilac menja i dopunjuje konkursnu dokumentaciju u delu tabelarnih ponuda (excel tabela) u okviru sledećih partija kako sledi:

- 1) **Partija broj 2 – Sintetski resortpitivni konac, polifilament – Stavka 1 - u koloni “Dužina konca cm (+-5%)” menja se tekst u “70 ljubičast”**

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+-5%)	Dužina igle mm (+-5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polyglactin 910 upredeni, resortivni	6/0	70 ljubičast	13	1/2 kruga okrugla	kom	120
2	Polyglactin 910 upredeni, resortivni	5/0	75 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	300
3	Polyglactin 910 upredeni, resortivni, sa triklosanom, antibakterijski	4/0	70 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	468
4	Polyglactin 910 upredeni, resortivni	4/0	75 ljubičast	20	1/2 kruga okrugla	kom	384
5	Polyglactin 910 upredeni, resortivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	22	1/2 kruga okrugla	kom	756
6	Polyglactin 910 upredeni, resortivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	552
7	Polyglactin 910 upredeni, resortivni	2/0	75 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	252
8	Polyglactin 910 upredeni, resortivni	2/0	75 ljubičast	31	1/2 kruga okrugla	kom	96
9	Polyglactin 910 upredeni, resortivni	2/0	75 ljubičast	36	1/2 kruga okrugla	kom	72
10	Polyglactin 910 upredeni, resortivni	0	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	120
11	Polyglactin 910 upredeni, resortivni	1	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	84
12	Polyglactin 910 upredeni, resortivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	4/0	6 X 45 ljubičast		bez igle	kom	180
13	Polyglactin 910 upredeni, resortivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	3/0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	360

14	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	2/0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	480
15	Polyglactin 910 upredeni, resorptivnisa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	72
16	Polyglactin 910 brzoresorbajući upredeni, resorptivni	4/0	75 neobojen	19	3/8 obrнута ошта sa redukovanim sečivom	kom	168
17	Polyglactin 910 brzoresorbajući upredeni, resorptivni	3/0	75 neobojen	19	3/8 obrнута ошта sa redukovanim sečivom	kom	156
18	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	3/0	75 ljubičast	20	1/2 okrugla, sa oštrim zasećenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	48

2) **Partija broj 4 – Sintetski neresorptivni konac, monofilament, polipropilen – Stavka 9, 10 - u koloni “Oblik i opis igle” dodaje se tekst “standardna oštra”, Stavka 16 – u koloni “Oblik i opis igle” dodaje se tekst “ravna obrnuta oštra”**

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+-5%)	Dužina igle mm (+-5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasećenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	52
2	Polypropylene monofilament, neresorptivni	8/0	60 plav	8	dupla, 3/8 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	24
3	Polypropylene monofilament, neresorptivni	7/0	60 plav	9.3	dupla, 3/8 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	24
4	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	36
5	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	36
6	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra sa redukovanim sečivom	kom	360

7	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	24	3/8 kruga obrnuta oštra sa dvostrukom silikonizacijom	kom	360
8	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	408
9	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	720
10	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	576
11	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	31	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasećenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24
12	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	40	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasećenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24
13	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasećenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	36
14	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	45 plav	16	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	144
15	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	90 plav	17	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	48
16	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	75 plav	60	ravna obrnuta oštra	kom	36

3) **Partija broj 5 – Sintetski neresorptivni konac, monofilament, poliamid – Stavka 2 - u koloni “Oblik i opis igle” dodaje se tekst “standardna oštra”, Stavka 4, 5, 6 i 7 - u koloni “Dužina konca +-5%” menja se boja konca u “plavi”**

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+-5%)	Dužina igle mm (+-5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	120
2	Polyamid monofilament	6/0	45 crni	16	3/8 kruga standardna oštra sa redukovanim sečivom i dvostrukom silikonizacijom	kom	120

3	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	19	3/8 kruga obrnuta oštra, sa redukovanim sečivom	kom	360
4	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	360
5	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	72
6	Polyamid monofilament	3/0	75 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	576
7	Polyamid monofilament	3/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	120
8	Polyamid monofilament	2/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	288
9	Polyamid monofilament	0	150 crni Ioop	31	1/2 kruga okrugla	kom	36

U prilogu izmena nalazi se tabelarna ponuda (**excel tabela**).

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

Kačavenda Mirjana
Mirjana Kačavenda, dipl.ecc

