



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број

1157

Наш знак

Република Србија

Ваш знак

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Датум

02.04.2019. Ј. Хајдук Вељкова 10

Na osnovu Člana 63. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (u daljem tekst: Naručilac), Novi Sad, donosi

**Izmene i dopune konkursne dokumentacije
u postupku javne nabavke dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-06d/18**

Naručilac menja i dopunjuje konkursnu dokumentaciju kako sledi:

1. Na strani 14/35 Konkursne dokumentacije u okviru dodatnih uslova iz Člana 76. ZJN, tačka 12 –
Ponuđač za dobra koja nudi podnosi potvrdu (izjavu) proizvođača senzora da su ponuđena dobra kompatibilna sa postojećim aparatima.
Uslov se odnosi na sledeće partije:
 - Partija broj 96
 - Partija broj 97
 - Partija broj 98

BRIŠE SE uslov za partiju broj 98 i glasi:

Ponuđač za dobra koja nudi podnosi potvrdu (izjavu) proizvođača senzora da su ponuđena dobra kompatibilna sa postojećim aparatima.
Uslov se odnosi na sledeće partije:

- Partija broj 96
- Partija broj 97

2. Na strani 14/35 Konkursne dokumentacije u okviru dodatnih uslova iz Člana 76. ZJN, tačka 13 –
Ponuđač za dobra koja nudi podnosi potvrdu (izjavu) proizvođača aparata da su ponuđena dobra kompatibilna sa postojećim aparatima.
Uslov se odnosi na sledeće partije:
 - Partija broj 98

Kao dokaz ispunjenosti, zahteva se:

Ponuđeni potrošni materijal za partiju 98 mora biti u potpunosti kompatibilan sa postojećim aparatima, kako je zahtevano konkursnom dokumentacijom za predmetne partije i moraju obezbeđivati njihov redovan, neometan i bezbedan rad.

Dokaz kompatibilnosti ponuđenog potrošnog materijala sa postojećim aparatima u Institutu, ponuđač dokazuje dostavljanjem potvrde (izjave) proizvođača opreme kojom izjavljuje/potvrđuje da se na navedenom aparatu može koristiti ponuđeni potrošni materijal.

MENJA SE kako sledi:

Ponuđač za dobra koja nudi podnosi potvrdu (izjavu) proizvođača aparata ili proizvođača senzora da su ponuđena dobra kompatibilna sa postojećim aparatima.

Uslov se odnosi na sledeće partije:

- Partija broj 98

Kao dokaz ispunjenosti, zahteva se:

Ponuđeni potrošni materijal za partiju 98 mora biti u potpunosti kompatibilan sa postojećim aparatima, kako je zahtevano konkursnom dokumentacijom za predmetne partije i moraju obezbeđivati njihov redovan, neometan i bezbedan rad.

Dokaz kompatibilnosti ponuđenog potrošnog materijala sa postojećim aparatima u Institutu, ponuđač dokazuje dostavljanjem potvrde (izjave) proizvođača opreme ili proizvođača senzora kojom izjavljuje/potvrđuje da se na navedenom aparatu može koristiti ponuđeni potrošni materijal.

3. Na strani 12/35 Konkursne dokumentacije u okviru dodatnih uslova iz Člana 76. ZJN, tačka 14 –
Ponuđač za sledeće partije podnosi uzorak dobra koji je predmet ponude:

- Partija broj 56, za stavku broj 1
- Partija broj 58, za stavku broj 1
- Partija broj 83, za stavku broj 1
- Partija broj 106, za stavku broj 1 i 3

MENJA SE kako sledi:

Ponuđač za sledeće partije podnosi uzorak dobra koji je predmet ponude:

- Partija broj 56, za stavku broj 1
- Partija broj 58, za stavku broj 1
- Partija broj 83, za stavku broj 1
- Partija broj 106, za stavku broj 1 i 3
- Partija broj 98, za stavku broj 1 (za sve tri veličine senzora kako je zahtevano u tehničkoj specifikaciji)

4. U konkursnoj dokumentaciji u delu tabelarnih ponuda (excel tabela), partija broj 99 – SENZORI ZA PULSNE OXIMETRE PROIZVOĐAČA MASIMO Medical Corporation

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv</i>	<i>Jedinica mere</i>	<i>Potrebna količina</i>
1	Jednokratni senzor neonatalni <3kg >40kg sa kablom dužine min 85cm	kom	300
2	Jednokratni senzor pedijatrijski 10kg - 50kg sa kablom dužine min 45cm	kom	10
3	Jednokratni senzor neonatalni <1kg sa kablom dužine min 85cm	kom	200

MENJA SE u pogledu dodavanja stavke broj 4 i stavke broj 5 i izmene potrebnih količina, a sve u okviru procenjene vrednosti za predmetnu partiju i glasi:


<i>Redni broj</i>	<i>Naziv</i>	<i>Jedinica mere</i>	<i>Potrebna količina</i>
1	Jednokratni senzor neonatalni <3kg >40kg sa kablom dužine min 85cm	kom	300
2	Jednokratni senzor pedijatrijski 10kg - 50kg sa kablom dužine min 45cm	kom	5
3	Jednokratni senzor neonatalni <1kg sa kablom dužine min 85cm	kom	190
4	Višekratni senzor pedijatrijski za merenje parametara: SpHb,SpO2,SpMet	kom	2
5	Višekratni senzor za odrasle za merenje parametara SpHb,SpO2,SpMet	kom	2


Sve navedene izmene i dopune čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U prilogu ovih izmena i dopuna konkursne dokumentacije nalazi se konkursna dokumentacija sa uvrštenim izmenama i dopunama.

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU


Maja Stevanović, dipl.ing.teh.


Mirjana Kačavenda, dipl.ecc