



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 1922
Наш знак _____
Ваш знак _____
Датум 30.05.2018

Na osnovu Člana 63. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (u daljem tekst: Naručilac), Novi Sad, donosi

**Izmene i dopune konkursne dokumentacije
u postupku javne nabavke dobara – Mobilni analogni RTG aparat, JN 4-13d/18**

Naručilac menja i dopunjuje konkursnu dokumentaciju kako sledi:

- 1) U konkursnoj dokumentaciji na strani 4/37, Dokument 3. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, u delu Obavezne tehničke karakteristike, tačka br. 1.3 i na strani 24/37 u tabeli 6.2, tačka br. 1.3, koja glasi:

1.3	Najveća jačina struje najmanje 450mA
-----	--------------------------------------

MENJA SE i glasi:

1.3	Najveća jačina struje najmanje 400mA
-----	--------------------------------------

- 2) U konkursnoj dokumentaciji na strani 4/37, Dokument 3. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, u delu Obavezne tehničke karakteristike, tačka br. 2.2 i na strani 24/37 u tabeli 6.2, tačka br. 2.2, koja glasi:

2.2	Toplotni kapacitet anode, najmanje 120 KHU
-----	--

MENJA SE i glasi:

2.2	Toplotni kapacitet anode, najmanje 105 KHU
-----	--

- 3) U konkursnoj dokumentaciji na strani 4/37, Dokument 3. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, u delu Obavezne tehničke karakteristike, tačka br. 3.1 i na strani 24/37 u tabeli 6.2, tačka br. 3.1, koja glasi:

3.1	Rastojanje od fokusa cevi do poda u vertikalnom pravcu u opsegu od najmanje 500-2100 mm
-----	---

MENJA SE i glasi:

3.1	Rastojanje od fokusa cevi do poda u vertikalnom pravcu u opsegu od najmanje 500-2000 mm
-----	---

- 4) U konkursnoj dokumentaciji na strani 37/37, u Dokumentu 12. Garancija servisne usluge od strane ovlašćenog servisera, rečenica koja glasi:

“Ponudač ima u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanje **jednog** (1) servisera sa sertifikatom proizvođača opreme (uneti naziv proizvođača opreme)”

MENJA SE i glasi:


“Ponudač ima **radno angažovanog** najmanje jednog (1) servisera sa **sertifikatom** proizvođača opreme (uneti naziv proizvođača opreme)”


Sve navedene izmene i dopune čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U prilogu ovih izmena i dopuna konkursne dokumentacije nalazi se konkursna dokumentacija sa uvrštenim izmenama i dopunama.

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU


Prim. dr sci. med. Mihajlo Jecković,
specijalista radiolog


Nada Cicović, dipl. pravnik i službenik za javne nabavke
Šef Odseka za Javne nabavke

