

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Adresa: Hajduk Veljkova 10, Novi Sad

Datum: 14.08.2018. godine

Broj: 4-19d/18-6-1

Na osnovu Člana 108. Zakona o javnim nabavkama i Izmene Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 4-19d/18-5-1 od 14.08.2018. godine, donosim

**O D L U K U**  
**O IZMENI ODLUKE O DODELI UGOVORA**  
**za partiju broj 42 – SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U**  
**OXIMAX TENHOLOGIJI**

**U otvorenom postupku javne nabavke JN 4-19d/18 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal**

**UGOVOR SE DODELJUJE** sledećem ponuđaču za partiju broj 42 – SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TENHOLOGIJI:

Partija	Naziv partije	Ponuđač	Ponuđena vrednost bez PDV-a
42	SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TENHOLOGIJI	„Medisal“ d.o.o. Beograd	196.250,00

**O b r a z l o ž e n j e**

Komisija za javnu nabavku je dana 03.08.2018. godine sastavila Izveštaj o stručnoj oceni ponuda broj JN 4-19d/18-5, na osnovu kojeg je odgovorno lice Naručioca v.d. direktora Instituta doneo Odluku o dodeli ugovora broj JN 4-19d/18-6 od 06.08.2018. godine (objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici Instituta dana 07.08.2018. godine).

Ponuđač „Medisal“ d.o.o. Beograd, je dana 10.08.2018. godine uputio prigovor na Odluku o dodeli ugovora u otvorenom postupku javne nabavke broj JN 4-19d/18, za partiju broj 42 - SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TENHOLOGIJI u kojoj je njihova ponuda broj 631/18-P od 10.07.2018. godine (zavodni broj Instituta JN 4-19d/18-22 od 11.07.2018. godine), odbijena jer ponuđač nije dostavio zahtevane uzorke – ponuđač je dostavio dva uzorka, umesto zahtevana tri (jedan za pacijente neonatalne mase <3kg (stavka broj 1) i jedan za pacijente telesne mase 10-50kg i 3-20kg (stavka broj 2 i stavka broj 3). U prigovoru ponuđač navodi da ponuđeni SpO2 senzori sa kataloškim brojem N533-01XP odgovaraju i infant pacijentima telesne mase 3-20kg i pedijatrijskim pacijentima telesne mase 10-50kg, a kao dokaz toj tvrdnji dostavlja i zvaničnu izjavu proizvođača Unimed.

Komisija za javnu nabavku je po upućenom prigovoru ponuđača pristupila ponovnoj stručnoj oceni ponuda. Praktičnom proverom rada dostavljenih uzoraka senzora ponuđača „Medisal“ d.o.o. Beograd, konstatovano je da ispunjavaju uslove zahtevane tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji.

Ponovljena rang lista prihvatljivih ponuda za partiju broj 42, primenom kriterijuma za dodelu ugovora:

**PARTIJA 42 - SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TENHOLOGIJI**

Rbr	Naziv ponuđača	Ponuđena vrednost bez PDV-a
1	„Medisal“ d.o.o. Beograd	196.250,00
2	„DEM“ d.o.o. Novi Sad	247.500,00

U skladu sa izmenom Izveštaja o stručnoj oceni ponuda, Naručilac je uskladio dispozitiv i obrazloženje Odluke o dodeli ugovora broj 4-19d/18-6 od 06.08.2018. godine.

**U ostalom delu Odluka o dodeli ugovora broj 4-19d/18-6 od 06.08.2018. godine, ostaje nepromenjena.**

**POUKA O PRAVNOM LEKU:**

Protiv ove Odluke o izmeni odluke o dodeli ugovora – za partiju broj 42 – SENZOR SpO2 ZA PACIJENT MONITORE I PULSNE OXIMETRE KOJI RADE U OXIMAX TENHOLOGIJI, može se podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja Odluke o izmeni odluke dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki shodno Članu 149. ZJN.

Zahtev se podnosi naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

**Objaviti:**

- na Portalu Uprave za javne nabavke,
- na internet stranici Naručioca

**Odgovorno lice:  
v.d. Direktora Instituta**

**Prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski**

