

Naručilac	Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
Adresa	Hajduk Veljkova 10, Novi Sad
Broj odluke	4-19d/18-7
Datum	06.08.2018. godine

Na osnovu Člana 109. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012, 14/15 i 68/15), v.d. direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, donosi:

ODLUKU
o obustavi postupka javne nabavke – za pojedine partije
JN 4-19d/18 – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

OBUSTAVLJA SE otvoreni postupak za javnu nabavku dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal – redni broj JN 4-19d/18, za pojedine partije.

Za sledeće partije nije podneta nijedna ponuda ili su podnete sve neprihvatljive ponude:

Rbr	Partija	Naziv partije	Procenjena vrednost bez PDV-a	Razlog
1	5	BROJAČ KAPI ZA LEKOVE	405.000,00	Bez ponude
2	6	CENTRALNI VENSKE KATETER ZA BEBE	445.000,00	Bez ponude
3	13	IGLA ZA SKLERO TERAPIJU	11.000,00	Bez ponude
4	14	IGLE ZA BIOPSIJU JETRE	10.000,00	Bez ponude
5	24	LABORATORIJSKI FILTER PAPIR I OSTALO	4.000,00	Neprihvatljiva ponuda
6	25	LABORATORIJSKO STAKLO	100.000,00	Neprihvatljiva ponuda
7	34	POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROKAUTERE PROIZVOĐAČA Integra, Martin, Berthold	70.000,00	Neprihvatljiva ponuda
8	44	SET ZA TRAHEALNU SUKCIJU SA VAKUM KONTROLOM	18.000,00	Bez ponude
9	46	SREBRO-NITRAT I POMOĆNE FARMACEUTSKE SUPSTANCE	11.000,00	Bez ponude
10	51	TESTOVI I KATETERI ZA ODREĐIVANJE REFLUKSA IZ ŽELUCA U JEDNJAK	195.000,00	Bez ponude
11	53	TORAKALNI DREN	30.000,00	Neprihvatljiva ponuda
12	56	VASKULARNE GUMICE	16.000,00	Bez ponude
Ukupno:			1.315.000,00	

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za javnu nabavku je dana 03.08.2018. godine donela Izveštaj o stručnoj oceni ponuda broj 4-19d/18-5, za predmetnu javnu nabavku. Na osnovu Izveštaja naručilac je dana 06.08.2018. godine doneo Odluku o obustavi postupka kako sledi u dispozitivu odluke jer za navedene partije do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca nije podneta nijedna ponuda, odnosno podnete su sve neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

Predmetni postupak je obustavljen u fazi: posle donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Razlog za obustavu postupka: u roku za podnošenje ponuda nije podneta nijedna ponuda ili su podnete sve neprihvatljive ponude:

- 1) **Ponuda ponuđača „Proxima“ d.o.o. Niš**, broj 1000907181 od 09.07.2018. godine (zavodni broj Instituta JN 4-19d/18/27 od 11.07.2018. godine), **za partiju broj 34 – POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROKAUTERE PROIZVOĐAČA Integra, Martin, Berthold**, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

➤ Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 1, zahtevao:

“Kabl za neutralnu elektrodu, dužina 4.5m”

Komisija je uvidom u priložen izvod iz kataloga, konstatovala da je ponuđač ponudio predmetno dobro dužine 4m.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 3, zahtevao: “Držač za aktivnu elektrodu, sa 2 prekidača, dužine 145mm, unutrašnjeg prečnika 4mm/dužina kabla 4.5m”

Komisija je uvidom u priložen izvod iz kataloga, konstatovala da je ponuđač ponudio predmetno dobro – držač za aktivnu elektrodu, dužine kabla od 3m.

Procenjena vrednost predmetne partije je 70.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 65.994,72 dinara bez PDV-a.

- 2) **Ponuda ponuđača “DEM” d.o.o. Novi Sad**, broj 99 od 10.07.2018. godine (zavodni broj Instituta JN 4-19d/1818/31 od 12.07.2018. godine), **za partiju broj 34 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROKAUTERE PROIZVOĐAČA Integra, Martin, Berthold, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.**

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 2, zahtevao: “Bipolarna pinceta, prava/dužina 195mm, dužina vrha 8mm, širina vrha 2mm”
Komisija je uvidom u priložen izvod iz kataloga, konstatovala da je ponuđač ponudio predmetno dobro oblika bajonet.
- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 3, zahtevao: “Držač za aktivnu elektrodu, sa 2 prekidača, dužine 145mm, unutrašnjeg prečnika 4mm/dužina kabla 4.5m”
Komisija je uvidom u priložen izvod iz kataloga, konstatovala da je ponuđač ponudio predmetno dobro unutrašnjeg prečnika 2.4mm.
- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 4, zahtevao: “Elektroda za sečenje, oblik igla, prečnika 4mm”
Komisija je uvidom u priložen izvod iz kataloga, konstatovala da je ponuđač ponudio predmetno dobro prečnika 2.4mm.

Procenjena vrednost predmetne partije je 70.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 68.300,00 dinara bez PDV-a.

- 3) **Ponuda ponuđača “Superlab” d.o.o. Beograd**, broj P18-162100 od 09.07.2018. godine (zavodni broj Instituta JN 4-19d/18/26 od 11.07.2018. godine), **za partiju broj 24 – LABORATORIJSKI FILTER PAPIR I OSTALO, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava dodatni uslov zahtevan konkursnom dokumentacijom.**

Naručilac je konkursnom dokumentacijom zahtevao da ponuđač, za dobra koja nudi, poseduje važeću dozvolu za stavljanje istog u promet - Rešenje za stavljanje u promet predmetnog dobra (medicinskih sredstava) koja su predmet nabavke odnosno potvrda/mišljenje da ista ne podležu klasifikaciji medicinskih sredstava – izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Ponuđač nije dokazao da ispunjava zahtevani dodatni uslov.

Procenjena vrednost predmetne partije je 4.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 3.576,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača “Superlab” d.o.o. Beograd, broj P18-157654 od 09.07.2018. godine (zavodni broj Instituta JN 4-19d/18/26 od 11.07.2018. godine), **za partiju broj 25 – LABORATORIJSKO STAKLO, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava dodatni uslov zahtevan konkursnom dokumentacijom.**

Naručilac je konkursnom dokumentacijom zahtevao da ponuđač, za dobra koja nudi, poseduje važeću dozvolu za stavljanje istog u promet - Rešenje za stavljanje u promet predmetnog dobra (medicinskih sredstava) koja su predmet nabavke odnosno potvrda/mišljenje da ista ne podležu klasifikaciji medicinskih sredstava – izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Ponuđač za predmetnu partiju za stavke broj 9 i 31, nije dokazao da ispunjava zahtevani dodatni uslov.

Procenjena vrednost predmetne partije je 4.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 3.576,00 dinara bez PDV-a.

- 4) **Ponuda ponuđača „Aptus“ d.o.o. Beograd**, broj T-88/18 od 06.07.2018. godine (zavodni broj Instituta JN 4-19d/18/15 od 09.07.2018. godine), **za partiju broj 53 – TORAKALNI DREN**, odbija se kao neprihvatljiva jer ista prelazi iznos procenjene vrednosti.
Procenjena vrednost predmetne partije je 30.000,00 dinara bez PDV-a.
Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 84.000,00 dinara bez PDV-a.

- 5) **Ponuda ponuđača „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad**, broj 162 od 07.07.2018. godine (zavodni broj Instituta JN 4-19d/18/33 od 12.07.2018. godine), **za partiju broj 24 – LABORATORIJSKI FILTER PAPIR I OSTALO**, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava dodatni uslov zahtevan konkursnom dokumentacijom.

Naručilac je konkursnom dokumentacijom zahtevao da ponuđač, za dobra koja nudi, poseduje važeću dozvolu za stavljanje istog u promet - Rešenje za stavljanje u promet predmetnog dobra (medicinskih sredstava) koja su predmet nabavke odnosno potvrda/mišljenje da ista ne podležu klasifikaciji medicinskih sredstava – izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Ponuđač je dostavio rešenje ALIMS-a koje je isteklo 12.09.2017. godine.

Procenjena vrednost predmetne partije je 4.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 3.644,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „Medilabor“ d.o.o. Novi Sad, broj 162 od 07.07.2018. godine (zavodni broj Instituta JN 4-19d/18/33 od 12.07.2018. godine), **za partiju broj 25 – LABORATORIJSKO STAKLO**, odbija se kao neprihvatljiva jer ista ne ispunjava ne ispunjava uslov zahtevan tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji – neodgovarajuća ponuda.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 13, zahtevao:
„POSUDA ZA VATU 120mm X 120mm“

Ponuđač je za navedenu stavku ponudio predmetno dobro dimenzije 50mm x 30mm.

- Naručilac je konkursnom dokumentacijom za predmetnu partiju, za stavku broj 14, zahtevao:
„POSUDA ZA VATU 150mm X 150mm“

Ponuđač je za navedenu stavku ponudio predmetno dobro dimenzije 60mm x 30mm.

Procenjena vrednost predmetne partije je 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Ponuđena cena neprihvatljive ponude je 90.214,00 dinara bez PDV-a.

Naručilac je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o obustavi postupka za predmetnu partiju, objavi Obaveštenje o obustavi predmetnog postupka na Portalu Uprave za javne nabavke i na svojoj internet stranici.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove Odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu Uprave za javne nabavke.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Objaviti:

- na Portalu Uprave za javne nabavke
- na internet stranici naručioca

Odgovorno lice:
v.d. Direktora Instituta

Prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski