



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 1161
Наш знак Република Србија
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Ваш знак ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10
Датум 12.04. 2019.

Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-06d/19**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) daje

Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtevi zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-06d/19**, po Pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke, Portalu Službenog glasnika i sajtu Naručioca, odnosi se na sledeće:

1. Pitanje:

U partiji 106, za stavku 1 tražena je infuzionna komora sa filterom za tečnost 200 μm . Molim Vas da proverite da li je došlo do tehničke greške jer je po standardu zahtevana veličina pora u filter infuzionnih sistema mnogo manja (uobičajeno 20 μm)?

Odgovor:

Naručilac je tehničkom greškom za partiju broj 106 – Sistemi za infuziju i transfuziju, kod stavke broj 1 – Sistemi za infuziju, naveo u okviru tehničke specifikacije "infuzionna komora sa filterom za tečnost 200 μm ", te će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u pogledu brisanja dela tehničke specifikacije.

2. Pitanje:

Molim vas za dodatno pojašnjenje za partiju br. 55 – "Kesa za infuziju pod pritiskom, sa valvulom na skali za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra, u bojama (bela < 250mmHg, zelena 250-300mmHg i crvena > 300mmHg), mililitraže 500ml", JN 4-06d/19:

Da li prihvatate da se ponudi kesa za infuziju pod pritiskom, sa manometrom? Budući da su u pitanju pedijatrijski pacijenti, koji su osetljiva populacija, kesa za infuziju pod pritiskom, sa manometrom, davala bi bolju kontrolu brzine davanja infuzionnih rastvora, jer sa manometrom možemo precizno odrediti pritisak u manžetni.

Odgovor:

Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača, te će za partiju broj 55 – Kесе za brzu nadoknadu tečnosti, prihvatiti kесе sa infuziju pod pritiskom i bez manometra i sa manometrom.

Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U skladu sa datim dodatnim informacijama i pojašnjenjima, Naručilac će na osnovu Člana 63. ZJN, izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke **dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-06d/19**.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

Kačavenda Mirjana

Mirjana Kačavenda, dipl.ecc

