



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 1166
Наш знак Република Србија
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Ваш знак ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10
Датум 15.01.2019.

Na osnovu Člana 63. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (u daljem tekst: Naručilac), Novi Sad, donosi

**Izmene i dopune konkursne dokumentacije
u postupku javne nabavke dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-06d/19**

Naručilac menja i dopunjuje konkursnu dokumentaciju kako sledi:

1. U konkursnoj dokumentaciji u delu tabelarnih ponuda (excel tabela), partija broj 106 – Sistemi za infuziju i transfuziju

Redni broj	Naziv	Jedinica mere	Potrebna količina
1	Sistemi za infuziju - napravljen od medicinske plastike, infuzion komora sa filterom za tečnost 200 μ , šiljak sa ventilom za vazduh sa sigurnosnom kapicom, otvorom za vazduh sa ventilom 15 μ , regulator protoka sa točkićem, Luer lock konektor sa poklopcem, dužine min 170cm, u pojedinačnom sterilnom pakovanju	kom	28.000
2	Sistemi za transfuziju- napravljen od medicinske plastike, infuzion komora sa filterom za tečnost 200 μ , šiljak sa ventilom za vazduh sa sigurnosnom kapicom, otvorom za vazduh sa ventilom 15 μ , regulator protoka sa točkićem, dužine min 150cm, u pojedinačnom sterilnom pakovanju	kom	5.000
3	Infuzioni mikrosistemi 21G	kom	200
4	Infuzioni mikrosistemi 23G	kom	500
5	Infuzioni mikrosistemi 25G	kom	100

BRIŠE SE deo specifikacije kod stavke broj 1 i glasi:

Redni broj	Naziv	Jedinica mere	Potrebna količina
1	Sistemi za infuziju - napravljen od medicinske plastike, šiljak sa ventilom za vazduh sa sigurnosnom kapicom, otvorom za vazduh sa ventilom 15 μ , regulator protoka sa točkićem, Luer lock konektor sa poklopcem, dužine min 170cm, u pojedinačnom sterilnom pakovanju	kom	28.000
2	Sistemi za transfuziju- napravljen od medicinske plastike, infuzion komora sa filterom za tečnost 200 μ , šiljak sa ventilom za vazduh sa sigurnosnom kapicom, otvorom za vazduh sa ventilom 15 μ , regulator protoka sa točkićem, dužine min 150cm, u pojedinačnom sterilnom pakovanju	kom	5.000
3	Infuzioni mikrosistemi 21G	kom	200
4	Infuzioni mikrosistemi 23G	kom	500
5	Infuzioni mikrosistemi 25G	kom	100

2. U konkursnoj dokumentaciji u delu tabelarnih ponuda (excel tabela), partija broj 55 – Kese za brzu nadoknadu tečnosti

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv</i>	<i>Jedinica mere</i>	<i>Potrebna količina</i>
1	Kesa za infuziju pod pritiskom, sa valvulom na skali za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra, u bojama (bela<250mmHg, zelena 250-300mmHg i crvena >300mmHg), mililitraže 500ml	kom	10

MENJA SE u pogledu specifikacije i glasi:

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv</i>	<i>Jedinica mere</i>	<i>Potrebna količina</i>
1	Kesa za infuziju pod pritiskom, sa valvulom na skali za dvostruku kontrolu pritiska bez manometra ili sa manometrom, u bojama (bela<250mmHg, zelena 250-300mmHg i crvena >300mmHg), mililitraže 500ml	kom	10

Navedena izmena i dopuna čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

U prilogu ovih izmena i dopuna konkursne dokumentacije nalazi se konkursna dokumentacija sa uvrštenim izmenama i dopunama.

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

Kačavenda Mirjana

Mirjana Kačavenda, dipl.ecc

