



Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Elektrokauteri, JN 4-12d/19**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) daje

### Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtevi zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Elektrokauteri, JN 4-12d/19**, po Pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke i sajtu Naručioca, odnosi se na sledeće:

#### Pitanje:

Da li ćete prihvatiti dole opisanu specifikaciju, koja je ekvivalentna ili slična traženoj u konkursnoj dokumentaciji?

1.1	Modovi: - monopolarno sečenje : 4 režima (Standard cut, Standard cut with higher effect for lower haemostasis, Dry cut i Gastro cut) - monopolarna koagulacija: 3 režima (Moderate, Forced mix i Spray koagulacija) - bipolarna koagulacija: auto režim (Start/Stop), sa mogućnošću upotrebe bipolarnih pinceta, makaza i klema za ligiranje vaskularnih struktura
1.2	Maksimalna izlazna snaga: 400W monopolar, 400 W bipolar
1.3	Klasa zaštite: I
1.4	Displej: numerički, sa prikazom izlazne snage za svaki mod posebno
1.5	Zaštita pacijenta: preko monitoringa neutralne elektrode, merenjem kontakta sa kožom
1.6	Samotestiranje aparata: prilikom svakog uključanja aparata i kontinuirano tokom upotrebe
1.7	Konekcija pribora: konektori za monopolarne i bipolarni pribor prilagođeni za priključenje pribora od bar dva različita proizvođača
1.8	Podešavanje izlazne snage: komforno, preko touch screen
1.9	Dodatne mogućnosti: povezivanje na argon plazma koagulator
2.1	Neutralna gumena elektroda za višekratnu upotrebu, 15x25cm, sa kablom dužine min 4m – 2 komada
2.2	Ručni držač za elektrode, sa dva tastera i kablom - 2 komada
2.3	Set od 5 komada monopolarnih elektroda (igla, lanceta, nož i dve kuglice različitih dimenzija) – 2 seta
2.4	Nožni prekidač sa dve papučice i kablom od min 4m – 2 komada
2.5	Bipolarni kabl 4,5m – 2 komada
2.6	Bipolarna pinceta, prava, sa tupim vrhom, dužina 19,5cm, širina vrha 1mm - 2 komada
2.7	Kontejner za sterilizaciju, dimenzija 310X280 MM, sa bio-barijerom. Telo i poklopac od aluminijuma. Sa indikatorom koji se aktivira na 95°C i završava svoju funkciju na 121°C.

**Odgovor:**

Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije u delu tehničkih specifikacija, s obzirom da su opisane na način koji je objektivan i koji odgovara stvarnim potrebama naručioca – u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac je kroz tehničke specifikacije iskazao svoje minimalne zahteve koje dobro – elektrokauter, mora da zadovolji u pogledu tehničkih karakteristika.

**Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.**

**ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU**

*Kačavenda Mirjana*  
Mirjana Kačavenda, dipl.pec

