



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 2125

Наш знак _____

Ваш знак _____

Датум 05.06.2020. год

Postupajući po zahtevu zainteresovanih lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-17d/20**, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a u skladu sa Članom 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama daje

Dodatne informacije i pojašnjenja

Zahtev zainteresovanog lica za dodatne informacije i pojašnjenja u postupku javne nabavke **dobara – Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal, JN 4-17d/20**, po pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke i sajtu Naručioca, odnosi se na sledeće:

1. Pitanje:

Da li je potrebno da zaštitni filter za spirometar zadržava Korona virus i time štiti spirometar od kontaminacije i sprečava unakrni prenos infekcije sa spirometra na pacijenta ?

Kako je svrha zaštitnog filtera za spirometar da spreči kontaminaciju uređaja i tako spreči unakrsni prenos infekcije sa uređaja na pacijenta a imajući u vidu trenutnu situaciju kako u Srbiji tako i u celom svetu smatramo da bi svaki zainteresovani ponuđač trebalo da dostavi analizu kojom se potvrđuje da ponuđeni filter zadržava Corona virus.

Kako zaštitni filter za spirometar nije kozmetički dodatak molimo naručioca da od svih zainteresovanih ponuđača za partiju tri traži da dostave rezultate analize laboratorije koji potvrđuju da ponuđeni zaštitni filter za spirometar zadržava Corona virus.

Odgovor:

Obzirom da je veličina corona virusa (Covid-19) 70-120 nanometara i da postoje virusi manjih veličina, smatramo da bilo koji filter koji ima zaštitnu moć od 99.9999% virusa je adekvatan i za zaštitu od corona virusa (Covid-19).

2. Pitanje:

S obzirom da je zaštitni filter za spirometar upakovan u plastičnu kesicu da li u istoj kesicu zajedno sa filterom za spirometar treba da bude upakovana i štipaljka za nos ?

Kamo bi se sprečio prenos infekcije sa jednog pacijenta na drugog korišćenjem iste štipaljke za nos smatramo da bi naručilac trebalo da traži da uz svaki zaštitni filter za spirometar u istom pakovanju treba da se nalazi i štipaljka za nos.

Odgovor:

Naručilac u okviru predmetne partije broj 3- ANTIBAKTERIJSKI FILTERI ZA SPIROMETAR nije zahtevao štipaljke za nos.

3. Pitanje:

Zašto Naručilac insistira na dimenzijama zaštitnog filtera D 100mm x L 75mm ?

Dimenzija filtera nema nikakvog značaja sa aspekta zaštite spirometra od kontaminacije i unakrsnog prenosa infekcije.

Da li je za naručioca prihvatljiv zaštitni filter za spirometar +/- 10% od tražene dimenzije a sa boljim ili istim zaštitnim, tehničkim karakteristikama ?

Pod boljim zaštitnim, tehničkim karakteristikama podrazumevamo da filter ne utiče na tačnost izmerenih vrednosti, sposobnost filtera da zadrži na sebi čestice, viruse i bakterije različitih dimenzija a posebno sposobnost zaštitnog filtera da zadrži na sebi Korona virus i tako zaštiti spirometar od kontaminacije i unaskni prenos infekcije.

Najljubaznije molimo Naručioca da dozvoli da se ponude filteri +/- 10% od tražene dimenzije i time omogući većem broju ponuđača da učestvuju u javnoj bavaci.

Odgovor:

Naručilac će smatrati prihvatljivom i ponudu ponuđača koji ponudi, u okviru partije br. 3, zaštitni filter za spirometar, koji u pogledu zahtevanih dimenzija D 100mm x L 75mm ima +/- 10% odstupanja od tražene dimenzije.

Dodatne informacije i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije.



ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU

Nada Cicović, dipl. pravnik

načelnik Odeljenja za poslove javnih nabavki i komercijale